



Акционерное общество  
«Арзамасский приборостроительный  
завод имени П. И. Пландина»



ул. 50 лет ВЛКСМ, 8А, г. Арзамас,  
Нижегородская обл. 607220  
телефон: (831-47) 7-91-33, факс: (831-47) 7-95-77  
www.oaoapz.com, e-mail: apz@oaoapz.com  
ИНН/КПП 5243001742/785050001

**Информационное письмо**

до 08.10.23 № 030-13025

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О сроке службы ТС-11

Настоящим письмом информируем о том, что указанный в Описании типа средств измерений на теплосчетчики многоканальные ТС-11 ЛГФИ.411739.001ТУ (далее - теплосчетчик) показатель «Средний срок службы до списания теплосчетчика и его составных частей, не менее 12 лет», также указанный в п.1.3.11 Руководства по эксплуатации теплосчетчика многоканального ТС-11 ЛГФИ.411739.001 РЭ «Средний срок службы до списания 12 лет» не является предельным сроком, после которого эксплуатация прибора должна быть прекращена. «Назначенный срок службы», который предполагает прекращение эксплуатации изделия по истечении установленного срока, для теплосчетчика не определен, поэтому теплосчетчики могут эксплуатироваться до момента, когда теплосчетчик не пройдет поверку, ремонт будет экономически не целесообразен или невозможен.

Накопленный опыт, технические решения и технологии, применяемые при изготовлении теплосчетчиков производства АО «АПЗ», а также обратная связь от потребителей и результаты периодических проверок, подтверждают работоспособность теплосчетчиков в течение 15 и более лет. Продолжительность эксплуатации теплосчетчиков во многом определяется качеством проводимого технического обслуживания согласно Руководству по эксплуатации завода-изготовителя.

Техническое обслуживание теплосчетчиков рекомендуется проводить в сервисных центрах, уполномоченных АО «АПЗ» на выполнение данного вида работ. Перечень сервисных центров размещен на сайте [www.oaoapz.com](http://www.oaoapz.com).

Генеральный директор



А.А. Капустин