



Акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный
завод имени П.И. Пландина»

ул. 50 лет ВЛКСМ, 8А, г. Арзамас,
Нижегородская обл., Россия, 607220
Тел.: (831-47) 7-91-20, 7-91-21
Факс: (831-47) 7-95-77, 7-95-26
www.oaoapz.com, Email apz@oaoapz.com

Руководителям предприятий,
эксплуатирующих измерительные
системы АЛКО со спиртомерами
ИКОНЭТ и ИРФ с датой
производства 2008 год и ранее

от 23.01.2017г. № 10-1102

На _____ от _____

Информационное письмо

В соответствии с документацией завода-изготовителя срок службы спиртомеров ИКОНЭТ и ИРФ, а также срок службы измерительных систем АЛКО составляет 8 лет.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 4.2. Технических условий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденных приказом Росалкогольрегулирования от 24.03.2015 № 74, **не допускается использование АСИиУ после истечения срока службы, установленного заводом-производителем.**

Это распространяется как в целом на эксплуатирующиеся с 2008 года по настоящее время измерительные системы АЛКО-1, АЛКО-2 и АЛКО-3 всех модификаций, произведенные в течение срока действия сертификата (свидетельства) об утверждении типа средств измерения, так и на входящие в их состав средства измерения – спиртомеры ИКОНЭТ и ИРФ всех модификаций с датой производства 2008 год и ранее.

Таким образом, с 2017 года не допускается использование следующих АСИиУ:

- 1) ИС АЛКО выпуска 2008 года и ранее;
- 2) ИС АЛКО, имеющие в своем составе спиртомеры ИКОНЭТ или ИРФ выпуска 2008 года и ранее.

На основании вышеизложенного предприятиям, эксплуатирующим такие системы, необходимо привести их в соответствие с действующими требованиями к АСИиУ.

Генеральный директор

О.В.Лавричев