

Протокол № _____ от 04.10.25

Испытуемое изделие ВМ-2М зав. номер №5070003

Показатели шкал		Показания газоанализатора по CO ₂ , %
Расход, л/мин.	CO ₂ , %	
10	5	4,2
	10	10,9
	15	15,6
	20	19,6
	25	25,3
15	5	4,1
	10	9,8
	15	14,6
	20	20,4
	25	25,4
20	5	4,1
	10	9,4
	15	14,4
	20	20,5
	25	24,2
25	5	4,1
	10	9,1
	15	14,6
	20	20,9
	25	24,1

Испытатель:

Ф.И.О.

подпись

дата

04.10.25

Протокол № _____ от 04.10.25

Испытуемое изделие ВМ-2М зав. номер №5070002

Показатели шкал		Показания газоанализатора по CO ₂ , %
Расход, л/мин.	CO ₂ , %	
10	5	4,8
	10	9,6
	15	14,6
	20	19,3
	25	24,8
15	5	5,5
	10	9,6
	15	15,4
	20	19,5
	25	25,1
20	5	5,5
	10	9,8
	15	15,2
	20	19,7
	25	25
25	5	5,6
	10	10
	15	14,6
	20	19,9
	25	24,2

Испытатель:

Ф.И.О.

подпись

дата

04.10.25

Протокол № _____ от 08.10.25

Испытуемое изделие ВМ-2М зав. номер № 5070004

Показатели шкал		Показания газоанализатора по CO ₂ , %
Расход, л/мин.	CO ₂ , % (±1%)	
10	5	4,1
	10	9,3
	15	14,5
	20	19,6
	25	24,6
15	5	4,3
	10	9,3
	15	14,5
	20	19,9
	25	24,5
20	5	4,4
	10	9,4
	15	14,5
	20	19,9
	25	24,5
25	5	4,4
	10	9,4
	15	14,3
	20	19,9
	25	24,3

Испытатель:

Ф.И.О.

подпись

дата

08.10.25